

Số **113** /YHCT-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **05** tháng **9** năm 2025

## THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

**Kính gửi:** .....

Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị năm 2025 của Bệnh viện Y học cổ Bình Dương như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương
    - Địa chỉ: Số 207 đường Yersin, Khu phố Phú Cường 5, Phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.
    - Điện thoại: 02743.859168. Email: [bvyhctbd.hcm@gmail.com](mailto:bvyhctbd.hcm@gmail.com)
  - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Thị Hương, P. TCHC, Điện thoại: 02743859168. Email: [bvyhctbd.hcm@gmail.com](mailto:bvyhctbd.hcm@gmail.com)
  - Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
    - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 207 đường Yersin, Khu phố Phú Cường 5, Phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.
    - Nhận qua email: [bvyhctbd.hcm@gmail.com](mailto:bvyhctbd.hcm@gmail.com)
  - Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến trước ngày 18 tháng 09 năm 2025
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2025.

### Nội dung yêu cầu:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy nén ép trị liệu	Model: UAM-8100 Hãng sản xuất: Maxstar Xuất xứ : Hàn Quốc <b>I. Yêu cầu chung</b> Thiết bị sản xuất 2025 trở về sau.	Cái	01	

	<p>Máy mới 100%</p> <p>Nguồn cấp: 230/50Hz/30W</p> <p>Điều kiện môi trường hoạt động:</p> <p>Nhiệt độ tối đa <math>\geq 30</math> độ C</p> <p>Độ ẩm tối đa <math>\geq 75\%</math></p> <p><b>II. Cấu hình thiết bị</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính UAM 8100: 01 máy</li> <li>- Ống kết nối</li> <li>- Điều khiển: 01 cái</li> <li>- Bao chân: 2 bao 4 khoang</li> <li>- Lót chân</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng (có Tiếng Việt)</li> </ul> <p><b>III Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số khoang hơi: 4</li> <li>- Màn hình hiển thị: LED</li> <li>- Áp lực nén: 30-220 mmHg</li> <li>- Có thể lựa chọn cài đặt áp lực trên mỗi kênh 5mmHg</li> <li>- Chế độ nén: 3 chế độ mặc định, tự cài đặt</li> <li>- Tự động tắt nguồn sau 15 phút sử dụng</li> <li>- Bơm có độ ồn thấp</li> <li>- Cung cấp kèm điều khiển từ xa</li> <li>- Thời gian điều trị: 5-95 phút</li> <li>- Kích thước sản phẩm: 190x230x130mm</li> <li>- Trọng lượng: 2,3kg</li> <li>- Thời gian bảo hành 12 tháng</li> </ul>			
--	--	--	--	--

Sau khi có kết quả chọn báo giá, chúng tôi sẽ thông báo cho đơn vị biết qua đường điện thoại.

Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương thông báo đến Quý công ty biết để tham gia./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, TCG

**GIÁM ĐỐC**



*Lê Thành Trung*