

Số 127/YHCT-TCHC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2025

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi:

Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị năm 2025 của Bệnh viện Y học cổ Bình Dương như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương

- Địa chỉ: Số 207 đường Yersin, Khu phố Phú Cường 5, Phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

- Điện thoại: 02743.859168. Email: bvyhctbd.hcm@gmail.com

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Thị Hương, P. TCHC, Điện thoại: 02743859168. Email: bvyhctbd.hcm@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 207 đường Yersin, Khu phố Phú Cường 5, Phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

- Nhận qua email: bvyhctbd.hcm@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến trước ngày 30 tháng 09 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2025.

Nội dung yêu cầu:

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
|-----|---------------------|--|-------------|----------|---------|
| 1 | Máy nén ép trị liệu | Model: UAM-8100 Hãng sản xuất: Maxstar Xuất xứ : Hàn Quốc I. Yêu cầu chung | Cái | 01 | |

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|
| | | <p>Thiết bị sản xuất 2025 trở về sau. Máy mới 100%</p> <p>Nguồn cấp: 230/50Hz/30W Điều kiện môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C Độ ẩm tối đa $\geq 75\%$</p> <p>II. Cấu hình thiết bị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính UAM 8100: 01 máy - Ống kết nối - Điều khiển: 01 cái - Bao chân: 2 bao 4 khoang - Lót chân - Hướng dẫn sử dụng (có Tiếng Việt) <p>III Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số khoang hơi: 4 - Màn hình hiển thị: LED - Áp lực nén: 30-220 mmHg - Có thể lựa chọn cài đặt áp lực trên mỗi kênh 5mmHg - Chế độ nén: 3 chế độ mặc định, tự cài đặt - Tự động tắt nguồn sau 15 phút sử dụng - Bơm có độ ồn thấp - Cung cấp kèm điều khiển từ xa - Thời gian điều trị: 5-95 phút - Kích thước sản phẩm: 190x230x130mm - Trọng lượng: 2,3kg - Thời gian bảo hành 12 tháng | | | |
| 2 | MÁY ĐO ĐIỆN TIM 3 CÁN | <p>Model : ECG300G Xuất xứ: Trung Quốc Hàng mới: 100% Hãng sản xuất: Contec Tiêu chuẩn chất lượng: có CE, ISO 9001:2000, CFS * Tặng kèm phần mềm conect máy tính</p> <p>1. Mô tả sản phẩm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy đo điện tim 3 cần kỹ thuật số với đầu in nhiệt siêu bền. | | | |

- Sử dụng màn hình TFT 3.5" màu hiển thị 12 sóng điện tim giúp dễ dàng quan sát và dễ thao tác sử dụng.

- Tự động phân tích và diễn giải giúp công việc chuẩn đoán dễ dàng và chính xác.

- Phần mềm kết nối máy vi tính (tặng kèm theo máy) qua cổng USB với chế độ theo dõi theo thời gian thực (realtime) và lưu kết quả bệnh nhân (thuận tiện trong việc quản lý hồ sơ bệnh án điện tử).

2. Đặc điểm kỹ thuật

- Màn hình hiển thị LCD 3.5", hiển thị dạng sóng ECG đang đo, giúp người dùng có thể kiểm tra được dạng sóng trước khi in kết quả.

- Có bộ phận tự tạo 12 dạng sóng điện tim chuẩn giúp người dùng có thể kiểm tra thiết bị có bị nhiễu hay không.

- Có thể điều chỉnh các dạng in kết quả, điều chỉnh độ dài của sóng điện tim: 4,3+1(rhythm), 3,2+1(rhythm), 2, 3(Limb lead) + 2(Chest lead) + 1(rhythm), 3(Limb lead) + 2(Chest lead), rhythm4, rhythm3, rhythm2.

- Có thể sử dụng điện AC hoặc pin DC. Pin có thể sử dụng ở chế độ nghỉ 4 giờ, ở chế độ hoạt động liên tục được 90 phút và in liên tục được 150 dạng sóng.

- Có khả năng lưu trữ: 1000 ca giúp bác sĩ dễ dàng xem lại các kết quả trước đó.

3. Thông số kỹ thuật

- Có thể sử dụng kèm với máy sốc tim

- Dòng điện rò qua bệnh nhân: <



| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>10μA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tần số lấy mẫu: 1000Hz - CMRR: >60dB, >100dB (Add filter) - Mức nhiễu: < 15μVp-p - Lọc nhiễu cơ: 25/35Hz (-3dB) - Lọc nhiễu nguồn: 50/60Hz (>20dB) - Bộ phận in nhiệt: 32spots/mm, kích thước giấy in: 80mm x 20m - Độ nhạy: 5mm/mV ; 10mm/mV ; 20mm/mV ; 40mm/mV ; Auto - Tốc độ in: <ul style="list-style-type: none"> + Auto-record: 25mm/s, 50mm/s + Rhythm record: 25mm/s, 50mm/s + Manual record: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s - Nguồn: <ul style="list-style-type: none"> + AC: 110V/220V, 50Hz/60Hz + DC: 7.4V, 3700mAh - Kích thước máy: 315(L) x 215(W) x 77(H) mm - Trọng lượng: 2.25Kg <p>4. Cấu hình bắt buộc đối với 01 máy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy Chính màn hình LCD: 01 máy. - Bộ dây điện tim 10 điện cực : 01 bộ. - Điện cực tứ chi: 04 cái. - Điện cực ngực: 06 cái. - Giấy điện tim 80mmx20m: 01 cuộn - Dây nguồn: 01 cái. - Dây nối đất lọc nhiễu: 01 sợi | | | |
|--|--|---|--|--|--|

Sau khi có kết quả chọn báo giá, chúng tôi sẽ thông báo cho đơn vị biết qua đường điện thoại.

Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương thông báo đến Quý công ty biết để tham gia./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TCG

GIÁM ĐỐC



Lê Thành Trung



